

U III. grupi se nalaze Brzi imunokromatografski, aglutinacijski i izdisajni test kako slijedi :

1. Brzi imunokromatografski test za kvalitativni dokaz **T. vaginalis** antiga iz vaginalnog obriska ili fiziološke otopine kao transportnog medija.

Test kit sadrži: test trakice, sterilne briseve, test tuba, buffer otopine i kapaljka, pozitivna kontrola (kontrolni bris impregniran *T. vaginalis* antigenima koji daje vidljivo pozitivan test. Pozitivna kontrola sastavni je dio svake test trakice, kao kontrola pravilnog izvođenja testa.

2. izdisajni test za dokaz **Helicobacter pylori**

3. Test za kvalitativno određivanje prisutnosti ukupnih **protutijela na *Echinococcus granulosus***, u testu se koristi HPLC-pročišćen *E. granulosus* 5/B obogaćeni antigen kako bi se povećala specifičnost testa i zadržala visoka osjetljivost.

Kit sadrži: kazeta za kvalitativno određivanje prisutnosti ukupnih protutijela na *Echinococcus granulosus*, te puferirane otopine za razvijanje.

4. Brzi imunokromatografski test za kvalitativno dokazivanje **Clostridium difficile antigena** (Glutamat Dehidrogenaza (GDH)) iz uzorka stolice, testove i boćice s diluentom

5. Brzi imunokromatografski test za kvalitativno dokazivanje **toksina A i toxinsa B Clostridium difficile** iz uzorka stolice, testove i boćice s diluentom